

エックス線装置の届出(移設・新設・廃止)

■ エックス線装置の届出について

労働安全衛生法により、エックス線装置は設置・移設・変更工事開始の30日以上前までに、所轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。
 エックス線を設置(他の部屋への移設を含む)する場合は、下記のエックス線装置の設置・移設・変更届出書類一式の作成を販売・移設の契約業者に依頼し
工事開始予定日の2ヶ月前までに、大岡山地区(すずかけ台地区除く)設置予定は総務部安全企画課 安全管理グループ、
 すずかけ台地区設置予定は、総務部すずかけ台総務課 すずかけ台安全管理グループ(旧 安全衛生推進グループ)へ提出してください。
 各担当にて内容を確認のうえ、所轄の労働基準監督署に届出を行います。

**工事開始30日前までに労働基準監督署に届出を出せない場合、大学が労働基準監督署長より改善勧告を受けることになりますので、
 期限内に提出することが難しい場合は、予め各担当グループまでお申し出ください。**

なお、届出が必要な装置はカタログの末尾に届出事項が記載されているものが多いので、参考にしてください。

■ エックス線装置の届出において、安全企画課安全管理GP/すずかけ台総務課すずかけ台安全管理GPへ提出する書類

必要書類	備考	作成担当
① 機械等設置届出(様式第20号)	【記入いただく項目】 ・事業の種類: 学校教育 ・事業場の名称: 国立大学法人東京工業大学 ・所在地: 各キャンパスの住所と電話番号を記入 ・計画の概要: 設置や移設等、計画の概要を記入(例: 本学 ○○キャンパスの◇号館(△階建)○階の○号室(エアコンディショナ及び換気扇既設)に工業用等のエックス線装置を設置する) ・従事労働者数: 研究室等で当該装置を使用する人数(学生を除く)を記入 ・工事着手予定年月日(工事開始日とみなされます) ・工事落成予定年月日 ・参画者の氏名/参画者の経歴の概要 : 型枠支保工又は足場に係る工事でない場合は記入不要 常時使用する労働者数/設置地/「製造し～労働者数」欄の種類等と取扱量/電気使用設備の定格容量/事業者欄 は、安全管理GPまたは安全衛生推進GPで適宜記入・削除しますので、各研究室等での記入等は不要です。	教員
② 放射線装置摘要書(様式第27号)	販売業者(メーカー等)に作成を依頼してください	教員 & 業者
③ 放射線装置室摘要書(様式第28号)	放射線装置室を設ける場合のみ提出(通常のX線装置の場合、原則不要)	教員 & 業者
④ 管理区域の説明資料	販売業者(メーカー等)に作成を依頼してください	教員 & 業者
⑤ 該当するエックス線装置等のカタログ	販売業者(メーカー等)に作成を依頼してください	教員 & 業者
⑥ 大学構内における装置の位置を示す平面図(以下の3種類全ての情報が必要です) ※大学構内建物配置図、建物内の図面(フロア平面図)は、施設運営部HP(http://www.sisetu.titech.ac.jp/sisetu/index.html)の建物情報閲覧システムより該当PDFを参照願います。		教員
a 大学構内(大岡山地区・すずかけ台地区の各キャンパス)で当該装置が設置される建物に印をつけたもの。 ※移設の場合は、移設元・移設先の両方の建物を明示してください。		
b 建物内の図面(設置先の部屋があるフロアの平面図)で当該装置が設置される部屋に印をつけたもの。		
c 設置予定部屋内における当該装置の配置図 ※労働安全衛生規則第543条に基づき、機械間又は当該装置と他の設備の間に、幅80cm以上の通路を設ける必要があります。 部屋内に設置した際の当該装置周辺の各通路幅や、当該装置の寸法を部屋の平面図内に記載してください。		
⑦ エックス線装置等を用いる業務及び作業工程の概要	様式任意	教員
⑧ エックス線装置設置等届(部局長→学長宛)	東京工業大学エックス線障害防止管理規則第18条に基づく、学長宛のもの 作成・提出にあたっては事前に各学院事務等にご相談ください(様式は総安HPのサンプル参照)	教員 & 各学院担当事務

■ エックス線装置を廃止する場合(転出に伴う他大学等への移設も該当します)

必要書類	備考	作成担当
エックス線装置廃止届(部局長→学長宛)	東京工業大学エックス線障害防止管理規則第18条に基づく、学長宛のもの 作成・提出にあたっては事前に各学院事務等にご相談ください(様式は総安HPのサンプルを参照)	教員 & 各学院担当事務

■ 書類の提出先

<大岡山地区>

総務部安全企画課安全管理グループ
 内線7185 sog.anz.kan@jim.titech.ac.jp

<すずかけ台地区>

総務部すずかけ台総務課すずかけ台安全管理グループ(旧 安全衛生推進グループ)
 内線5918・5919 suz.anzen@jim.titech.ac.jp